Medizintechnik und Aerztebedarf

Polymed Medical Center
Industriestrasse 59
CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 828 61 11
Telefax 044 828 61 12

polymed medical-center

Bildanleitung zum Ausfüllen der Blankodokumentationshilfe



1.a Gerätenamen eintragen.
1.b Die grün markierten Felder entsprechend ausfüllen → Name der Kontrolle, Lotnummer der Kontrolle und Verfall der Kontrolle

Wenn alle Felder des Dokumentenkopfes (Gerätenamen, Kontrolle, Lotnummer und Verfall) ausgefüllt sind. Kann ein Parameter (z.B. HbA1c, CRP) eingetippt werden.





Wichtig: Es soll entweder ein Zielwert (4.a) oder ein Toleranzbereich (4.b) verwendet werden. Falls die Tabelle nach allen Eingaben keine Werte für -3s bis +3s ausgibt, dann wurde möglicherweise zum Toleranzbereich (Von-bis) ein Zielwert eingegeben.

Polymed Medical Center
Industriestrasse 59
CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 828 61 11
Telefax 044 828 61 12







7 . Datum der Messung mit Kürzel/Visum in der linken Spalte eintragen, rechts davon das entsprechende dazugehörige Resultat ausfüllen.



8 . Link bzw. Pfad zum Download einer neuen/leeren Blankodokumentationshilfe

Wichtig: Die graphische sowie tabellarische Auflistung der Resultate der internen Qualitätskontrolle ist obligatorisch und muss mindestens 5 Jahre aufbewahrt werden. Somit muss bei jedem Gerätewechsel, Lotwechsel, Zielwertanpassungen oder bei voller Dokumentationshilfe eine NEUE leere Dokumentationshilfe heruntergeladen werden. Auf keinen Fall die alten Werte löschen oder überschreiben. Ein Link zum Download einer neuen/leeren Blankodokumentationshilfe befindet sich oben-rechts auf der Dokumentationshilfe (siehe Abbildung).