AFIAS HbA1c Control

polymed medical-center

Lot AACOOB06 Verfall: 2019-02

HbA1c

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	5.0	%
Standardabweichung	0.2	%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.4	4.6	4.8	5.0	5.2	5.4	5.6

HbA1c

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	9.5	%
Standardabweichung	0.3	%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
8.6	8.9	9.2	9.5	9.8	10.1	10.4

© PMC, 26.06.2018