Interne Qualitätskontrolle Biorad 2 Skyla Hi

polymed medical-center

Biorad 2 Lot 45792 (Verfall: 31.03.2020)

TCHO

Toleranzbreite QUALAB		10%
Toleranzbreite Hersteller		10%
Zielwert	4.83	mmol/l
Standardabweichung	0.16	mmol/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.34	4.50	4.66	4.83	4.99	5.15	5.31

TG

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		19%
Zielwert	1.60	mmol/l
Standardabweichung	0.10	mmol/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.30	1.40	1.50	1.60	1.70	1.80	1.90

HDL-C

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		19%
Zielwert	1.10	mmol/l
Standardabweichung	0.07	mmol/l

Einheit	mmol/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.89	0.96	1.03	1.10	1.17	1.24	1.31

Interne Qualitätskontrolle Biorad 2 Skyla Hi

polymed medical-center

Biorad 2 Lot 45792 (Verfall: 31.03.2020)

GLU

Toleranzbreite QUALAB		10%
Toleranzbreite Hersteller		10%
Zielwert	6.44	mmol/l
Standardabweichung	0.21	mmol/l

Einheit	mmol/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
5.81	6.02	6.23	6.44	6.65	6.86	7.07