

AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control



Lot 1706050B Level 2

Verfall: 2019-07-31

Ref.: 91482

ProBNP

Lot.Nr. NBNFC05G
Lot.Nr. NBOAA08G

Toleranzbreite QUALAB	27%
Toleranzbreite Hersteller	27%
Zielwert	292 ng/l
Standardabweichung	26 ng/l

ProBNP

Lot.Nr. NBNYA07G

Toleranzbreite QUALAB	27%
Toleranzbreite Hersteller	26%
Zielwert	420 ng/l
Standardabweichung	37 ng/l

ProBNP

Lot.Nr. NBOCA09G

Toleranzbreite QUALAB	27%
Toleranzbreite Hersteller	27%
Zielwert	360 ng/l
Standardabweichung	32 ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
214	240	266	292	318	344	370

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
309	346	383	420	457	494	531

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
264	296	328	360	392	424	456

