AFIAS Hormone Control Lot HOCOOD10

polymed medical-center

Lot HOCOOD10 Verfall: 2019.04

TSH

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	1.26	uIU/ml
Standardabweichung	0.08	uIU/ml

Einheit	uIU/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.02	1.10	1.18	1.26	1.34	1.42	1.50

TSH

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	9.77	uIU/ml
Standardabweichung	0.65	uIU/ml

Einheit	uIU/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
7.82	8.47	9.12	9.77	10.42	11.07	11.72

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

Einheit	
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

© PMC, 28.09.2018

AFIAS Hormone Control Lot HOCOOD10

Lot HOCOOD10 Verfall: 2019.04

polymed medical-center

T3

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	1.80	nmol/L
Standardabweichung	0.12	nmol/L

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.44	1.56	1.68	1.80	1.92	2.04	2.16

T3

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	5.50	nmol/L
Standardabweichung	0.36	nmol/L

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.42	4.78	5.14	5.50	5.86	6.22	6.58

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

Einheit	
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

© PMC, 28.09.2018

AFIAS Hormone Control Lot HOCOOD10

polymed medical-center

Lot HOCOOD10 Verfall: 2019.04

T4

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	31.66	nmol/L
Standardabweichung	2.11	nmol/L

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
25.33	27.44	29.55	31.66	33.77	35.88	37.99

T4

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	91.75	nmol/L
Standardabweichung	6.11	nmol/L

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
73.42	79.53	85.64	91.75	97.86	103.97	110.08

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

Einheit	
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

© PMC, 28.09.2018

AFIAS Hormone Control Lot HOCOOD10

Lot HOCOOD10 Verfall: 2019.04

polymed medical-center

βhCG

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		25%
Zielwert	206.1	mIU/ml
Standardabweichung	17.2	mIU/ml

Einheit	mIU/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
154.6	171.7	188.9	206.1	223.3	240.4	257.6

βhCG

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		25%
Zielwert	1956.0	mIU/ml
Standardabweichung	163.0	mIU/ml

Einheit	mIU/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1467	1630	1793	1956	2119	2282	2445

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

Einheit	
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

© PMC, 28.09.2018

AFIAS Hormone Control Lot HOCOOD10

Lot HOCOOD10 Verfall: 2019.04

polymed medical-center

TSH

Level 1

Lot.Nr: TSOHA28 Q

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	1.40	uIU/ml
Standardabweichung	0.09	uIU/ml

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.13	1.22	1.31	1.40	1.49	1.58	1.67

Einheit	uIU/ml
Datum	Messwert

TSH

Level 2

Lot.Nr: TSOHA28 Q

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	10.60	uIU/ml
Standardabweichung	0.70	uIU/ml

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
8.50	9.20	9.90	10.60	11.30	12.00	12.70

Einheit	uIU/ml
Datum	Messwert

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Einheit	
Datum	Messwert

© PMC, 29.10.2018

AFIAS Hormone Control Lot HOCOOD10

polymed medical-center

Lot HOCOOD10 Verfall: 2019.04

T4

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	31.82	nmol/L
Standardabweichung	2.12	nmol/L

LOT: T4OFA26F

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
25.46	27.58	29.70	31.82	33.94	36.06	38.18

T4

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		20%
Toleranzbreite Hersteller		20%
Zielwert	123.21	nmol/L
Standardabweichung	8.21	nmol/L

LOT: T4OFA26F

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
98.58	106.79	115.00	123.21	131.42	139.63	147.84

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

Einheit	
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

© PMC, 29.10.2018