

**Dri-Chem 4000i Reinigungsvorlage**  
**Regelmässig auszuführen und zu visieren**

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
<b>Datum / Visum</b>												
<b>Referenzplattencheck:</b> <b>Level und % notieren</b> monatlich												
<b>Lampenstunden:</b> <b>notieren</b> monatlich <i>Gerät herunterfahren</i>												
<b>Komplett entstauben</b> monatlich												
<b>Spitzenhalter Pos a bis d</b> <b>Plättchenhalter reinigen</b> monatlich												
<b>Barcodeleser</b> monatlich												
<b>Luftfilter</b> monatlich												
<b>Pipettierstation</b> monatlich												
<b>O-Ringe an den Spitzen</b> monatlich												
<b>Inkubator</b> <b>Referenzplatte</b> <b>Photometer</b> <b>Referenz-Plattencheck:</b> dreimonatlich												