

Dri-Chem NX700i Reinigungsvorlage
Regelmässig auszuführen und zu visieren

	Jan.	Feb.	März	Apr.	Mai	Jun.	Jul.	Aug.	Sep.	Okt.	Nov.	Dez.
Datum / Visum												
Referenzplattenchek: Level und % notieren monatlich												
Lampenstunden: notieren monatlich <i>Gerät herunterfahren</i>												
Komplett entstauben monatlich												
Probenhalter Spitzenhalter Plättchenhalter reinigen monatlich												
Luftfilter monatlich												
Pipettierstation inkl. Deckel der Referenzflüssigkeit monatlich												
O-Ringe an den Spitzen monatlich												
Inkubator Referenzplatte Photometer Referenz-Plattenchek: dreimonatlich												