

Myt-3D Kontrollblut / Sang de contrôle Lot. B0825N

Exp.: 05.11.2025

Mythic 18

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	7.9	1.0			
LYM #	2.0	0.6	LYM %	25.0	7.0
MON #	0.6	0.6	MON %	7.0	7.0
GRA #	5.4	0.5	GRA%	68.0	6.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.55	0.24	HGB g/dl	13.7	0.6
HCT %	38.7	2.0	MCV fl	85.0	5.0
MCH pg	30.1	2.5	MCHC	35.4	3.0
RDW %	15.5	3.0	RDWs fl	41.5	6.0
PLT 10 ³ /ul	260	40	MPV fl	7.5	3.0
PCT %	0.195	0.05	PDW %	15.0	4.0
PLCR %	11.0	6.0			

Z3CRP

	Targets	Limits		Targets	Limits
WBC 10 ³ /ul	8.3	1.0	MCH pg	30.3	2.2
LYM #	2.37	1.08	MCHC	33.7	2.5
MID #	0.54	0.54	RDW-CV %	15.5	3.0
GRA #	5.40	1.04	RDW-SD fl	47.0	10.0
LYM %	28.5	13.0	PLT 10 ³ /ul	272	45
MID %	6.5	6.5	MPV fl l	9	3.0
GRA %	65.0	12.5	PDW	16.5	3.0
RBC 10 ⁶ /ul	4.72	0.26	PCT	0.245	0.1
HGB g/dl	14.3	0.6	P-LCC	54	22
HCT %	42.5	3.8	P-LCR %	20	10.0
MCV fl	90.0	5.0			

Gebrauchsanweisung:

1. Kontrollblut vor dem Mischen 15 Minuten bei Zimmertemperatur aufbewahren.

*Kontrollblut nicht auf mechanischen Mischer legen.
Blut nicht kalt mischen.*

2. Kontrollblut für ca. 30 Sek. zwischen den Handflächen hin- und herrollen und gelegentlich wenden. Kräftig mischen aber nicht schütteln.
3. So lange mischen bis die roten Blutkörperchen komplett suspendiert sind. Röhrchen, welche lange gelagert wurden, müssen eventuell etwas länger gemischt werden.
4. Unmittelbar vor der Messung das Röhrchen 30 - 40 Mal vorsichtig kippen.
5. Messung durchführen.
6. Deckel und Gewinde des Röhrchens reinigen.
7. Kontrollblut spätestens nach 30 Minuten in den Kühlschrank zurücklegen.

Kontrollblut ist nach Öffnungsdatum 2 Wochen haltbar.

Procédure :

1. Tempérer le sang de contrôle 15 minutes à température ambiante avant de le mélanger

*Prière de ne pas utiliser un mélangeur mécanique.
Ne pas mélanger le sang de contrôle encore froid.*

2. Faire rouler le tube de sang de contrôle entre les deux paumes des mains pendant environ 30 sec., retourner quelques fois verticalement. Mélanger soigneusement sans secouer.
3. Un sang de contrôle bien mélangé est homogène, toutes les cellules sont en suspension dans le liquide. Mélanger le tube plus longtemps si nécessaire.
4. Juste avant la mesure, le tube doit être incliné avec précaution 30 à 40 fois.
5. Exécuter l'analyse sans attendre.
6. Essuyer avec un tampon les restes de sang dans le bouchon et le bord du tube.
7. Remettre le sang de contrôle au réfrigérateur dans un délai de 30 minutes.

Le sang de contrôle se garde pendant 2 semaines après l'ouverture