AFIAS HbA1c Control

polymed medical-center

Lot AACOOF07 Verfall: 2019-06

HbA1c

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	4.8	%
Standardabweichung	0.14	%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.4	4.6	4.7	4.8	4.9	5.0	5.2

HbA1c

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	8.8	%
Standardabweichung	0.26	%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
8.1	8.4	8.6	8.8	9.0	9.2	9.6

© PMC, 07.11.2018

Lot AACOOF07

Verfall: 2019-06

polymed medical-center

HbA1c

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	4.9	%
Standardabweichung	0.14	%

LOT:AAOFA59F

LOT:AAOHA69F

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.48	4.62	4.76	4.90	5.04	5.18	5.32

HbA1c

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	9.0	%
Standardabweichung	0.27	%

LOT:AAOFA59F

LOT:AAOHA69F

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
8.19	8.46	8.73	9.00	9.27	9.54	9.81

© PMC, 07.11.2018