Interne Qualitätskontrolle Mythic

Myt-3D Lot B1118N (Verfall: 05.02.2019)

polymed medical-center

WBC

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		13%
Zielwert	7.5	x 10^3/ul
Standardabweichung	0.33	x 10^3/ul

Einheit	10^3/ul
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
6.5	6.8	7.2	7.5	7.8	8.2	8.5

RBC

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		5%
Zielwert	4.62	x 10^6/ul
Standardabweichung	0.08	x 10^6/ul

Einheit	10^6/ul
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
4.38	4.46	4.54	4.62	4.70	4.78	4.86

Hb

Toleranzbreite QUALAB		12%
Toleranzbreite Hersteller		4%
Zielwert	13.5	g/dl
Standardabweichung	0.2	g/dl

Einheit	g/dl
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
12.9	13.1	13.3	13.5	13.7	13.9	14.1

© PMC, 24.10.2018

Interne Qualitätskontrolle Mythic

Myt-3D Lot B1118N (Verfall: 05.02.2019)

polymed medical-center

HCT

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	7%
Zielwert	37.9%
Standardabweichung	0.67%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
35.9	36.6	37.2	37.9	38.6	39.2	39.9

PLT

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		16%
Zielwert	255	x 10^3/ul
Standardabweichung	13.3	x 10^3/ul

Einheit	10^3/ul
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
215	228	242	255	268	282	295

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

Einheit	
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s

© PMC, 20.04.2018