Polykontrolle CRP
AFIAS Sampletyp: Serum/Plasma

LOT 147/148 Exp. 08/2019

polymed medical-center

CRP

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	50%
Zielwert (mg/l)	30.0
Standardabweichung (mg/l)	2.1

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
23.7	25.8	27.9	30.0	32.1	34.2	36.3

CRP

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	31%
Zielwert (mg/l)	70
Standardabweichung (mg/l)	4.9

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
55.3	60.2	65.1	70.0	74.9	79.8	84.7

Polykontrolle CRP
AFIAS Sampletyp: Serum/Plasma
LOT 147/148 Exp. 08/2019

polymed medical-center

CRP

Level 1

LOT: CR0XA39F

Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	50%
Zielwert	27.1
Standardabweichung	1.8

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
21.7	23.5	25.3	27.1	28.9	30.7	32.5

CRP

Level 2

LOT: CR0XA39F

Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	31%
Zielwert	61.7
Standardabweichung	4.3

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
48.8	53.1	57.4	61.7	66.0	70.3	74.6