AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1802240B/1802240D Level 2 Verfall: 2020-05-31 Ref.: 91482

Trop I

Lot.Nr. TNODC27G

Toleranzbreite QUALAB	24%	
Toleranzbreite Hersteller	24%	
Zielwert	820	ng/l
Standardabweichung	65	ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
625	690	755	820	885	950	1015

Trop I

Lot. Nr. TNOGA37G

Toleranzbreite QUALAB	24%	
Toleranzbreite Hersteller	24%	
Zielwert	2565	ng/l
Standardabweichung	205	ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1950	2155	2360	2565	2770	2975	3180

Trop I

Lot. Nr. TNOXA40G

Toleranzbreite QUALAB	24%	
Toleranzbreite Hersteller	24%	
Zielwert	1300	ng/l
Standardabweichung	104	ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
988	1092	1196	1300	1404	1508	1612

© PMC, 31.12.2018

AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1802240B/1802240D Level 2 Verfall: 2020-05-31 Ref.: 91482

ProBNP

Lot.Nr. NBOFB04G
Lot.Nr. NBOGB07G

Toleranzbreite QUALAB		27%
Toleranzbreite Hersteller		27%
Zielwert	3731	ng/l
Standardabweichung	335	ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2726	3061	3396	3731	4066	4401	4736

ProBNP

Lot.Nr. NBOEB03G
Lot.Nr. NBOFB06G

Toleranzbreite QUALAB		27%
Toleranzbreite Hersteller		27%
Zielwert	3005	ng/l
Standardabweichung	270	ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2195	2465	2735	3005	3275	3545	3815

© PMC, 31.12.2018

AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1802240B/1802240D Level 2 Verfall: 2020-05-31 Ref.: 91482

D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		21%
Zielwert	1783	ng/ml
Standardabweichung	124	ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1411	1535	1659	1783	1907	2031	2155

D-Dimer

LOT: DDOEA18F
LOT: DDOKA23F

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		21%
Zielwert	2096	ng/ml
Standardabweichung	146	ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1658	1804	1950	2096	2242	2388	2534

© PMC, 31.12.2018