Samsung IB10 Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1802240B/1802240D Level 2 Verfall: 2020-05-31 Ref.: 91482

D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		21%
Zielwert	1620	ng/ml
Standardabweichung	113	ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1281	1394	1507	1620	1733	1846	1959

ProBNP

Toleranzbreite QUALAB		27%
Toleranzbreite Hersteller		27%
Zielwert	587	pg/ml
Standardabweichung	52	pg/ml

Einheit	pg/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
431	483	535	587	639	691	743

Trop I

Toleranzbreite QUALAB		24%
Toleranzbreite Hersteller		24%
Zielwert	1558	ng/l
Standardabweichung	124	ng/l

Einheit	ng/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1186	1310	1434	1558	1682	1806	1930

© PMC, 06.12.2018