Polykontrolle CRP
AFIAS Sampletyp: Serum/Plasma

LOT 149/150 Exp. 11/2019

polymed medical-center

CRP

Level 1

LOT: CROFA32F

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	15.00%
Zielwert (mg/l)	30.0
Standardabweichung (mg/l)	1.5

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
25.5	27.0	28.5	30.0	31.5	33.0	34.5

Einheit	mg/l
Datum	Messwert

CRP

Level 2

LOT:CROFA32F

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	14.83%
Zielwert (mg/l)	60.7
Standardabweichung (mg/l)	3.0

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
51.7	54.7	57.7	60.7	63.7	66.7	69.7

Einheit	mg/l
Datum	Messwert

PMC 04.01.2019

Polykontrolle CRP
AFIAS Sampletyp: Serum/Plasma

LOT 149/150 Exp. 11/2019

polymed medical-center

CRP

Level 1

Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	15.0%
Zielwert (mg/l)	28.0
Standardabweichung	1.4

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
23.8	25.2	26.6	28.0	29.4	30.8	32.2

CRP

Level 2

Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	12.7%
Zielwert (mg/l)	63.55
Standardabweichung	2.7

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
55.4	58.1	60.8	63.5	66.2	68.9	71.6

PMC 04.01.2019