AFIAS PSA

LOT TMCOOX07 Exp. 2019.09

polymed medical-center

PSA

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	0.83
Standardabweichung (ng/ml)	0.06

Einheit	ng/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
0.65	0.71	0.77	0.83	0.89	0.95	1.01

PSA

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml	8.86
Standardabweichung (ng/ml)	0.70

Einheit	ng/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
6.76	7.46	8.16	8.86	9.56	10.26	10.96

© PMC, 19.12.2018