



# AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control



Lot 1802240I Level 2

Verfall: 2020-11-30

Ref.: 91482

## ProBNP

Toleranzbreite QUALAB	27%
Toleranzbreite Hersteller	27%
Zielwert	3632 ng/l
Standardabweichung	326 ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2654	2980	3306	3632	3958	4284	4610




--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







