Samsung IB10 Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1802240I Level 2 | Verfall: 2020-11-30 | Ref.: 91482

D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		21%
Zielwert	1752	ng/ml
Standardabweichung	122	ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1386	1508	1630	1752	1874	1996	2118

ProBNP

Toleranzbreite QUALAB		27%
Toleranzbreite Hersteller		26%
Zielwert	498	pg/ml
Standardabweichung	44	pg/ml

Einheit	pg/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
366	410	454	498	542	586	630

Trop I

Toleranzbreite QUALAB		24%
Toleranzbreite Hersteller		24%
Zielwert	1508	ng/l
Standardabweichung	120	ng/l

Einheit	ng/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1148	1268	1388	1508	1628	1748	1868

© PMC, 11.01.2019