Medizintechnik und Aerztebedarf

Polymed Medical Center
Industriestrasse 59
CH-8152 Glattbrugg
Telefon 044 828 61 11
Telefax 044 828 61 12

polymed medical-center

Fuji Dri-Chem

Stabilität im Serum / Plasma in der klinischen Chemie

Abkürzung	Parameter	Stabilität im Serum/Plasma		
		20-25°	4-8°	-20°
ALB	Albumin	10w	5m	4m
ALP	Alkalische Phosphatase	7d	7d	2m
AMYL	Amylase	7d	1m	12m
BUN	Harnstoff	7d	7d	12m
CA	Calcium	7d	3w	8m
CKMB	Creatin Kinase-MB	2d	7d	12m
CPK	Creatin Kinase	2d	7d	1m
CRE	Kreatinin	7d	7d	3m
CL	Chlorid	7d	7d	12m
CRP	C-Reaktives Protein	11d	2m	36m
DBIL	Bilirubin direkt	2d*	7d*	6m*
GGT	Gamma-Glutamyltransferase	7d	7d	12m
GLU	Glukose	1h/3d**	7d**	1d**
GOT / AST	Aspartat-Aminotransferase	7d	7d	3m
GPT / ALT	Alanin-Aminotransaminase	3d	7d	7d
HDL	HDL-Cholesterin	3d	7d	3m
IP	Anorganischer Phosphor	1d	4d	12m
K	Kalium	2w	2w	12m
LDH	Lactat Dehydrogenase	7d	4d	6w
LIP	Lipase	7d	7d	12m
MG	Magnesium	7d	7d	12m
NA	Natrium	2w	2w	12m
TBIL	Bilirubin total	1d*	7d*	6m*
TCHOL	Cholesterin	7d	7d	3m
TG	Triglyceride	2d	15d	3m
TP	Protein total	6d	1m	6m
UA	Harnsäure	3d	7d	6m

*Lichtgeschützt aufbewahren
längere Stabilität im **Natriumfluoridplasma - Röhrchen

Achtung:
Zur Lagerung muss das Serum / Plasma vom Blutkuchen abgetrennt werden.
Auch bei Röhrchen mit Trenngel ist ein Abpipettieren in ein separates Röhrchen empfohlen.

Legende:
h Stunden
d Tage
w Wochen
m Monate