Polykontrolle CRP
AFIAS Sampletyp: Serum/Plasma

LOT 151/152 Exp. 03/2020

polymed medical-center

CRP

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	15.00%
Zielwert (mg/l)	30.0
Standardabweichung (mg/l)	1.5

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
25.5	27.0	28.5	30.0	31.5	33.0	34.5

CRP

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	13.85%
Zielwert (mg/l)	65
Standardabweichung (mg/l)	3.0

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
56.0	59.0	62.0	65.0	68.0	71.0	74.0