AFIAS PSA

LOT TMCOOL08 Exp. 2019.12

polymed medical-center

PSA

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	0.93
Standardabweichung (ng/ml)	0.07

Einheit	ng/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
0.72	0.79	0.86	0.93	1.00	1.07	1.14

PSA

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml	11.1
Standardabweichung (ng/ml)	0.92

Einheit	ng/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
8.36	9.28	10.20	11.12	12.04	12.96	13.88

© PMC, 30.01.2019