AFIAS Ferritin Control

LOT FRCOPA09 Exp. 2020.01

polymed medical-center

Ferritin

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	66.00
Standardabweichung (ng/ml)	5.28

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
50.16	55.44	60.72	66.00	71.28	76.56	81.84

Ferritin

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	192.5
Standardabweichung (ng/ml)	15.40

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
146.30	161.70	177.10	192.50	207.90	223.30	238.70

© PMC, 01.02.2019