ichroma MAU Control

Afias

LOT MACOL46 Verfall: 2019.12

polymed medical-center

MAU

Max. Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (mg/l)	63.9
Standardabweichung (mg/l)	5.11

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
48.57	53.68	58.79	63.90	69.01	74.12	79.23

PMC 01.02.2019