AFIAS HbA1c Control

polymed medical-center

Lot AACOPD10 Verfall: 2020.04

HbA1c

Level 1

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	5.20	%
Standardabweichung	0.15	%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.75	4.90	5.05	5.20	5.35	5.50	5.65

HbA1c

Level 2

Toleranzbreite QUALAB		9%
Toleranzbreite Hersteller		9%
Zielwert	9.00	%
Standardabweichung	0.27	%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
8.19	8.46	8.73	9.00	9.27	9.54	9.81

© PMC,11.06.2019