Interne Qualitätskontrolle Mythic-18

Myt-3D Lot B0819N (Verfall: 05.11.2019)

polymed medical-center

WBC

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		12%
Zielwert	8.1	x 10^3/ul
Standardabweichung	0.33	x 10^3/ul

Einheit	10^3/ul
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
7.1	7.4	7.8	8.1	8.4	8.8	9.1

RBC

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		5%
Zielwert	4.61	x 10^6/ul
Standardabweichung	0.08	x 10^6/ul

Einheit	10^6/ul
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
4.37	4.45	4.53	4.61	4.69	4.77	4.85

Hb

Toleranzbreite QUALAB		12%
Toleranzbreite Hersteller		4%
Zielwert	13.6	g/dl
Standardabweichung	0.2	g/dl

Einheit	g/dl
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
13.0	13.2	13.4	13.6	13.8	14.0	14.2

© PMC, 16.07.2019

Interne Qualitätskontrolle Mythic-18

Myt-3D Lot B0819N (Verfall: 05.11.2019)

polymed medical-center

HCT

Toleranzbreite QUALAB	12%
Toleranzbreite Hersteller	7%
Zielwert	37.8%
Standardabweichung	0.67%

Einheit	%
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
35.8	36.5	37.1	37.8	38.5	39.1	39.8

PLT

Toleranzbreite QUALAB		25%
Toleranzbreite Hersteller		15%
Zielwert	260	x 10^3/ul
Standardabweichung	13.3	x 10^3/ul

Einheit	10^3/ul
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
220	233	247	260	273	287	300

Toleranzbreite QUALAB	
Toleranzbreite Hersteller	
Zielwert	
Standardabweichung	

Einheit	
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s

© PMC, 16.07.2019