Samsung IB10 Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1811152A_B Level 2 | Verfall: 2021-02-28 | Ref.: 91482

D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		21%
Zielwert	767	ng/ml
Standardabweichung	53	ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
608	661	714	767	820	873	926

ProBNP

Toleranzbreite QUALAB		27%
Toleranzbreite Hersteller		27%
Zielwert	459	pg/ml
Standardabweichung	41	pg/ml

Einheit	pg/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
336	377	418	459	500	541	582

Trop I

Toleranzbreite QUALAB		24%
Toleranzbreite Hersteller		24%
Zielwert	2899	ng/l
Standardabweichung	231	ng/l

Einheit	ng/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2206	2437	2668	2899	3130	3361	3592

© PMC, 04.06.2019