AFIAS Ferritin Control

LOT FRCOPH10 Exp. 2020.08

polymed medical-center

Ferritin

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	69.00
Standardabweichung (ng/ml)	5.50

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
52.5	58.0	63.5	69.0	74.5	80.0	85.5

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

Ferritin

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	215.0
Standardabweichung (ng/ml)	17.00

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
164	181	198	215	232	249	266

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

© PMC, 22.08.2019