AFIAS PSA

LOT TMCOPF09 Exp. 2020.06

polymed medical-center

PSA

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	0.90
Standardabweichung (ng/ml)	0.07

Einheit	ng/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
0.69	0.76	0.83	0.90	0.97	1.04	1.11

PSA

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert (ng/ml)	10.30
Standardabweichung (ng/ml)	0.85

Einheit	ng/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
7.75	8.60	9.45	10.30	11.15	12.00	12.85

© PMC, 27.08.2019