Polykontrolle CRP
AFIAS Sampletyp: Serum/Plasma

LOT 145/146 Exp. 04/2019

polymed medical-center

CRP

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	21%
Zielwert (mg/l)	30.2
Standardabweichung (mg/l)	2.1

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
23.9	26.0	28.1	30.2	32.3	34.4	36.5

CRP

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	21%
Zielwert (mg/l)	63.1
Standardabweichung (mg/l)	4.4

Einheit	mg/l
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
49.9	54.3	58.7	63.1	67.5	71.9	76.3

PMC 04.04.2018