

Dri-Chem NX700i Recommandation de nettoyage

Année :	Jan.	Fév.	Mars	Avr.	Mai	Juin	Juil.	Août	Sep.	Oct.	Nov.	Déc.
Date / Visa:												
1 Vérification niveau plaque de référence et noter le niveau Une fois par mois	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %
2 Heures de la lampe: noter Une fois par mois	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h	h
3 Nettoyer les joints toriques aux extrémités Une fois par mois <i>Arrêter l'appareil</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Dépoussiérer l'appareil complètement Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Nettoyer les racks d'échantillons et le rack à pointes Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Filtre(s) à air Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Unité d'application d'échantillon et l'unité ISE Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Le bouchon de fluide de référence Une fois par mois	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 Incubateur Plaque de référence Photomètre Vérification niveau plaque de référence Une fois tous les 3 mois	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %	Niveau__ %

⇒ Les procédures sont décrites dans le «Résumé de la maintenance périodique du Fuji Dri-Chem NX700i»