

# AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control

Lot 1802240I Level 2

Verfall: 2020-11-30

Ref.: 91482

## Trop I

Lot. Nr. TNPDA58G  
Lot.Nr. TNPBA56G

Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert	965 ng/l
Standardabweichung	77 ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
734	811	888	965	1042	1119	1196


## Trop I

Lot. Nr. TNOGA37G

Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert	2689 ng/l
Standardabweichung	215 ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2044	2259	2474	2689	2904	3119	3334


## Trop I

Lot. Nr. TNOXA40G

Toleranzbreite QUALAB	24%
Toleranzbreite Hersteller	24%
Zielwert	1258 ng/l
Standardabweichung	100 ng/l

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
958	1058	1158	1258	1358	1458	1558


# AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control



Lot 1802240I Level 2

Verfall: 2020-11-30

Ref.: 91482

## ProBNP

**LOT: NBOGB07G**

Toleranzbreite QUALAB	27%
Toleranzbreite Hersteller	27%
Zielwert	2888 ng/l
Standardabweichung	259 ng/l

## ProBNP

**LOT: NBPBB16G**

Toleranzbreite QUALAB	27%
Toleranzbreite Hersteller	27%
Zielwert	3878 ng/l
Standardabweichung	349 ng/l


Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2111	2370	2629	2888	3147	3406	3665

Einheit	ng/l
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2831	3180	3529	3878	4227	4576	4925

--	--

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--







# AFIAS Liquid QC Cardiac Marker Control



Lot 1802240I Level 2

Verfall: 2020-11-30

Ref.: 91482

## D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB	21%
Toleranzbreite Hersteller	21%
Zielwert	1830 ng/ml
Standardabweichung	128 ng/ml



Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1446	1574	1702	1830	1958	2086	2214


--	--	--	--	--	--


--	--	--	--	--	--





