Samsung IB10 Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1811152A_B Level 2 Verfall: 2021-02-28 Ref.: 91482

D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		21%
Zielwert	767	ng/ml
Standardabweichung	53	ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
608	661	714	767	820	873	926

ProBNP

Toleranzbreite QUALAB		27%
Toleranzbreite Hersteller		27%
Zielwert	347	pg/ml
Standardabweichung	31	pg/ml

Einheit	pg/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
254	285	316	347	378	409	440

Trop I

Toleranzbreite QUALAB		24%
Toleranzbreite Hersteller		24%
Zielwert	2899	ng/l
Standardabweichung	231	ng/l

Einheit	ng/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
2206	2437	2668	2899	3130	3361	3592

© PMC, 18.10.2019