AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPC12 Exp. 03.2020

polymed medical-center

TSH

Level 1

Max. Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (ulU/ml)	1.00
Standardabweichung (ulU/ml)	0.06

Einheit	ulU/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
0.82	0.88	0.94	1.00	1.06	1.12	1.18

TSH

Level 2

Max. Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (ulU/ml)	8.2
Standardabweichung (ulU/ml)	0.54

Einheit	ulU/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
6.58	7.12	7.66	8.20	8.74	9.28	9.82

© PMC, 24.10.2019

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPC12 Exp. 03.2020

polymed medical-center

T3

Level 1

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	1.80
Standardabweichung (nmol/L)	0.12

Einheit	nmol/L
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
1.44	1.56	1.68	1.80	1.92	2.04	2.16

T3

Level 2

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	4.00
Standardabweichung (nmol/L)	0.26

Einheit	nmol/L
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
3.22	3.48	3.74	4.00	4.26	4.52	4.78

© PMC, 24.10.2019

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPC12 Exp. 03.2020

polymed medical-center

βhCG

Level 1

Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	25%
Zielwert (mlU/ml)	187.2
Standardabweichung (mlU/ml)	15.6

Einheit	mlU/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
140.4	156.0	171.6	187.2	202.8	218.4	234.0

βhCG

Level 2

Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	25%
Zielwert (mlU/ml)	2004.80
Standardabweichung (mlU/ml)	167.0

Einheit	mlU/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
1503.8	1670.8	1837.8	2004.8	2171.8	2338.8	2505.8

© PMC, 24.10.2019

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPC12 Exp. 03.2020

polymed medical-center

T4

Level 1

LOT Nr. T4OHA28F

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	31.00
Standardabweichung (nmol/L)	2.06

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
24.82	26.88	28.94	31.00	33.06	35.12	37.18

T4

Level 2

LOT Nr. T4OHA28F

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	125.00
Standardabweichung (nmol/L)	8.33

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
100.01	108.34	116.67	125.00	133.33	141.66	149.99

© PMC, 24.10.2019

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPC12 Exp. 03.2020

polymed medical-center

T4

Level 1

Alle übrigen LOT Nr

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	36.00
Standardabweichung (nmol/L)	2.40

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
28.80	31.20	33.60	36.00	38.40	40.80	43.20

T4

Level 2

Alle übrigen LOT Nr

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	117.10
Standardabweichung (nmol/L)	7.80

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
93.70	101.50	109.30	117.10	124.90	132.70	140.50

© PMC, 24.10.2019