AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPH13 Exp. 2020.08

polymed medical-center

TSH

Level 1

Alle übrigen LOT

Max. Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (ulU/ml)	1.20
Standardabweichung (ulU/ml)	0.08

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
0.96	1.04	1.12	1.20	1.28	1.36	1.44

Einheit	ulU/ml
Datum	Messwert

TSH

Level 2

Alle übrigen LOT

Max. Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (ulU/ml)	8.2
Standardabweichung (ulU/ml)	0.54

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
6.58	7.12	7.66	8.20	8.74	9.28	9.82

Einheit	ulU/ml
Datum	Messwert

© PMC, 13.01.2020

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPH13 Exp. 2020.08

polymed medical-center

TSH

Level 1

LOT TSPXA45Q

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (ulU/ml)	1.30
Standardabweichung (ulU/ml)	0.08

Einheit	ulU/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.06	1.14	1.22	1.30	1.38	1.46	1.54

TSH

Level 2

LOT TSPXA45Q

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (ulU/ml)	9.10
Standardabweichung (ulU/ml)	0.60

Einheit	ulU/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
7.30	7.90	8.50	9.10	9.70	10.30	10.90

© PMC, 13.01.2020

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPH13 Exp. 2020.08

polymed medical-center

T3

Level 1

Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	25%
Zielwert (nmol/L)	2.0
Standardabweichung (nmol/L)	0.1

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
1.7	1.8	1.9	2.0	2.1	2.2	2.3

T3

Level 2

Toleranzbreite QUALAB	25%
Toleranzbreite Hersteller	25%
Zielwert (nmol/L)	4.30
Standardabweichung (nmol/L)	0.3

Einheit	nmol/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
3.4	3.7	4.0	4.3	4.6	4.9	5.2

© PMC, 13.01.2020

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPH13 Exp. 2020.08

polymed medical-center

βhCG

Level 1

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (mlU/ml)	177.90
Standardabweichung (mlU/ml)	11.86

Einheit	mlU/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
142	154	166	178	190	202	213

βhCG

Level 2

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (mlU/ml)	2123.00
Standardabweichung (mlU/ml)	141.53

Einheit	mlU/ml
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
1698	1840	1981	2123	2265	2406	2548

© PMC, 13.01.2020

AFIAS Hormone Control

LOT HOCOPH13 Exp. 2020.08

polymed medical-center

T4

Level 1

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	39.00
Standardabweichung (nmol/L)	2.60

Einheit	nmol/L
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
31.20	33.80	36.40	39.00	41.60	44.20	46.80

T4

Level 2

Toleranzbreite QUALAB	20%
Toleranzbreite Hersteller	20%
Zielwert (nmol/L)	130.00
Standardabweichung (nmol/L)	8.66

Einheit	nmol/L
Datum	**Messwert**

-3s	**-2s**	**-1s**	**Mw**	**+1s**	**+2s**	**+3s**
104.02	112.68	121.34	130.00	138.66	147.32	155.98

© PMC, 13.01.2020