Samsung IB10 Liquid QC Cardiac Marker Control

polymed medical-center

Lot 1903219B Level 1 Verfall: 31.05.2021 Ref.: 91482

D-Dimer

Toleranzbreite QUALAB		21%
Toleranzbreite Hersteller		19%
Zielwert	127	ng/ml
Standardabweichung	8	ng/ml

Einheit	ng/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
103	111	119	127	135	143	151

ProBNP

Toleranzbreite QUALAB		27%
Toleranzbreite Hersteller		26%
Zielwert	57	pg/ml
Standardabweichung	5	pg/ml

Einheit	pg/ml
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
42	47	52	57	62	67	72

Trop I

Toleranzbreite QUALAB		24%
Toleranzbreite Hersteller		22%
Zielwert	67	ng/l
Standardabweichung	5	ng/l

Einheit	ng/L
Datum	Messwert

-3s	-2s	-1s	Mw	+1s	+2s	+3s
52	57	62	67	72	77	82

© PMC, 02.12.2020